

	<p>Ministero dell'Istruzione e del Merito <b>ISTITUTO COMPrensivo STATALE</b> <b>"CANNIZZARO-GALATTI"</b> Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel. 090716398 Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838 e-mail: <a href="mailto:meic86600p@istruzione.it">meic86600p@istruzione.it</a> pec: <a href="mailto:meic86600p@pec.istruzione.it">meic86600p@pec.istruzione.it</a></p>	
---	--	---

Decreto n. 868

Messina, 14 novembre 2023

Ai docenti:  
Cubeta Cristina - Mazzeo Antonio  
Lana Alessandra - Ciancio Gaetana  
Cutrupi Adriana  
E p.c. Al personale scolastico  
Agli studenti  
Al DSGA

Oggetto: **DESIGNAZIONE SQUADRA PER USO E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, ins. Ingemi Rosa,

**DECRETA**

che la squadra per uso e manutenzione del defibrillatore è così costituita:

Palestra centrale Sc. Secondaria di I grado	Palestra centrale Sc. Secondaria di I grado	Plesso Sant'Antonio Sc. Primaria e Infanzia	Plesso Cristo Re Sc. Primaria	Plesso Cristo Re Sc. Infanzia
<b>Prof. Mazzeo Antonio</b>	<b>Prof.ssa Cubeta Cristina</b>	<b>Ins. Cutrupi Adriana</b>	<b>Ins. Ciancio Tanina</b>	<b>Ins. Lana Alessandra</b>

I compiti assegnati risultano i seguenti:

- tenere in efficienza operativa il DAE di competenza in conformità col piano di controllo e manutenzione;
- effettuare controlli e manutenzione giornaliera, verificando l'assenza di segnali di malfunzionamento (es spia rossa, allarme sonoro); presenza di spia lampeggiante verde etc..;
- effettuare controlli e manutenzione settimanali;
- effettuare verifica a vista dell'assenza di contaminazione dell'unità e degli accessori. In tal caso provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori;

- verificare a vista dell'assenza di danneggiamenti dell'unità e degli accessori. In tal caso informare immediatamente il datore di lavoro per l'invio del dispositivo in assistenza;

- controllare la data della scadenza delle batterie e degli elettrodi. In caso di superamento della data di scadenza, informare immediatamente il datore di lavoro per la sollecita sostituzione.

-effettuare controlli e manutenzione mensili - esecuzione autotest manuale;

-effettuare controllo della disponibilità di batteria ed elettrodi di scorta. In caso negativo, informare immediatamente il datore di lavoro per la reintegrazione;

- controllare la presenza di forbici taglia abiti; almeno n. 2 rasoi; almeno n. 5 confezioni di garze non sterili; almeno n. 3 confezioni di guanti monouso.

In caso di soccorso il compito degli addetti sarà di: attuare le misure di soccorso in conformità alla formazione ricevuta.

L'incarico di controllo giornaliero si svolge in conformità del proprio orario di servizio. Si fa presente a tutto il personale che la collocazione del DAE presso il complesso scolastico di competenza della scrivente Istituzione ne garantisce la piena disponibilità e la facilità di accesso.

Ogni plesso è munito di DAE come di seguito individuabile:

- 1) Plesso centrale – Palestra ingresso del front office segreteria – piano terra.
- 2) Plesso distaccato Sant'Antonio Via Aurelio Saffi Piano III – androne centrale sez. n. 2
- 3) Plesso distaccato Cristo Re Campetti Viale Principe Umberto Scuola Primaria Piano Terra - Ingresso
- 4) Plesso Distaccato Cristo Re Sordomuti Infanzia- Secondaria Viale Principe Umberto Piano Terra corridoio centrale sez. n. 5.

I docenti sono tenuti a frequentare il corso per l'uso del defibrillatore che si terrà **SABATO 25 NOVEMBRE 2023 dalle ore 09;00 alle ore 14;00**, tenuto dalla società Ketomlife s.r.l. presso la palestra sita nel plesso centrale in Via Mario Giurba n. 2.

Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di uso del defibrillatore.

Si invitano i docenti interessati a compilare la scheda anagrafica inviata dalla scuola all'indirizzo mail personale e a restituirla debitamente compilata entro e non oltre il 20.11.2023.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art. 3, co.2 D.Lgs. 39/1993